

产品质量检验报告 (COA)

产品名称	DiR（细胞膜近红外荧光探针）		
货 号	D4006, D4006Z	储存条件	-20℃避光保存
批 次	210708J1-1	限用日期	2031 年 07 月 07 日
分子式	C ₆₃ H ₁₀₁ IN ₂	分子量	1013.4
CAS 号	100068-60-8	最佳激发（Ex） 发射波长（Em）	748/780 nm
质控内容			
检测项目	合格标准	检测结果	
包装	完好，无破损	合格	
颜色和性状	深蓝绿色固体	合格	
重量或体积	足量	合格	
摩尔消光系数（ε）	270000±19000	合格	
附表/图			
			
染色效果明显，细胞轮廓清晰。			
质控结论	合 格	报告日期	2021 年 07 月 23 日
检验员（QC）	苏亚楠 2021.07.23	复核员（QA）	苏亚楠 2021.07.23

